



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

(證書編號：L3004-220314)

茲證明

胡連精密股份有限公司

胡連精密測試實驗室

新北市汐止區福德一路 342 巷 1 之 3 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：3004

初 次 認 證 日 期：一百零四年四月十日

認 證 有 效 期 間：一百一十年五月二十四日至一百一十三年五月二十三日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

連錦漳



掃描確認真偽

中華民國一一一年三月十四日

認證編號：3004

實驗室主管：陳建達

■ 19.99 電子與電機

連接器

E003 環境可靠度測試(冷)

CNS 11233, 試驗 Aa

(5 to -40) °C

報告簽署人: 陳建達

E003 環境可靠度測試(溫濕度循環)

CNS 12565 方法 2

(25 to 55) °C

(80 to 98) %RH

濕度循環

報告簽署人: 陳建達

E003 可靠度測試(濕熱及穩態)

CNS 3623

40±2 °C, 93 (+2, -3) %RH

報告簽署人: 陳建達

E003 環境可靠度測試(乾熱)

CNS 3634, 試驗 Ba

(30 to 125) °C

報告簽署人: 陳建達

E003 接觸電阻

IEC 60512-2-2

(1.0 to 3.0) A

(0.1 to 1000) mΩ

報告簽署人: 呂艾倫; 陳建達; 蕭偉城



E003 絕緣電阻
IEC 60512-3-1, 方法 B
(500) Vdc
(5 to 9999) MΩ

報告簽署人: 呂艾倫; 陳建達; 蕭偉城

E003 耐電壓測試
IEC 60512-4-1, 方法 B
(1 to 5) kVac
(截止電流: 2 mA)

報告簽署人: 呂艾倫; 陳建達; 蕭偉城

(以下空白)

